AED 관리책임자 점검 매뉴얼

01 AED 설치에 따른 관리책임자의 역할

02 AED 자체점검 체크리스트

03 AED 관리책임자 홈페이지 점검방법

04 AED 관리책임자 모바일 점검방법

AED 설치에 따른 관리책임자의 역할 01



응급의료에 관한 법률 제47조의2
(심폐소생을 위한 응급장비의 구비 등의 의무)

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설 등의 소유자·점유자 또는 관리자는 자동심장충격기 등 심폐소생술을 할 수 있는 응급장비를 갖추어야 한다.

② 제1항에 따라 자동심장충격기 등 심폐소생술을 할 수 있는 응급장비를 갖춘 경우 해당 시설 **등의 소유자·점유자 또는 관리자는** 그 사실을 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 **신고**하여야 한다. **신고한 응급장비 양도·폐기·이전 등 보건복지부령으로 정하는 중요 사항을 변경**하려는 경우에도 또한 같다.

③ 제1항에 따라 응급장비를 설치한 자는 해당 **응급장비를 매월 1회 이상 점검**하여야 한다.

※ 자세한 내용은 응급의료에 관한 법률 참조

AED 설치에 따른 관리책임자의 역할

01

자동심장충격기(AED) 위치 안내 및 응급처치 지원





자동심장충격기(AED)
안내표지판 부착판의 모습

AED 설치에 따른 관리책임자의 역할

01

자동심장충격기(AED) 사용법 숙지 및 사용자 교육



시.도에서 주관하는 '심폐소생 등 응급처치 교육'을

최소 2년마다 교육받아 사용법 및 관리법을 숙지

자동심장충격기(AED) 모바일 점검방법 03

자동심장충격기(AED) 자체점검은 매월 1일 시행합니다.

모바일 및 홈페이지 ID 및 비밀번호

ID : 장비연번　　비밀번호 : 0000 or 000000

※ ID가 생각나지 않는 경우,
관할 보건소 혹은 응급의료지원센터(☎223-5101) 문의

1. 모바일 앱(APP) 다운로드



스마트폰의 응급의료정보제공 앱(APP) 다운로드
안드로이드 : Play 스토어
애플 : App Store

안드로이드 다운로드
Get it on Google play


아이폰 다운로드
Download on the App Store


자동심장충격기(AED) 모바일 점검방법

03

자동심장충격기(AED) 자체점검은 매월 1일 시행합니다.








자동심장충격기(AED) 모바일 점검방법

03


자동심장충격기(AED) 자체점검은 매월 1일 시행합니다.



자동심장충격기(AED) 모바일 점검방법

03


자동심장충격기(AED) 자체점검은 매월 1일 시행합니다.



자동심장충격기(AED) 홈페이지 점검방법

04

검색창(네이버, 다음 등) : 중앙응급의료센터, 응급의료포털, E-GEN





자동심장충격기(AED) 홈페이지 점검방법

04

응급의료포털(E-GEN) https://www.e-gen.or.kr






자동심장충격기(AED) 홈페이지 점검방법

04

응급의료포털(E-GEN) https://www.e-gen.or.kr








자동심장충격기(AED) 홈페이지 점검방법

04

인트라넷 주소 : http://portal.nemc.or.kr




홈페이지

통합응급의료정보 인트라넷

자동심장충격기(AED) 관리


자동심장충격기 클릭



자동심장충격기(AED) 홈페이지 점검방법

04


로그인 : ID 장비연번 / 비밀번호 : 0000 or 000000



자동심장충격기(AED) 홈페이지 점검방법

04

로그인 : ID 장비연번 / 비밀번호 : 0000 or 000000



자동심장충격기(AED) 홈페이지 점검방법

04

로그인 : ID 장비연번 / 비밀번호 : 0000 or 000000

장비정보 | 점검이력 | 사용이력 | 통합응급의료 메인

일반정보

AED 장비목록

장비연번	29-000
설치기관명	서귀포시
관리책임자	
전화번호	
설치유형	캐비넷방식 고정형

등록된 사진이 없습니다.
사진을 등록하여 주세요!

위치정보

설치장소	!센터
설치장소 주소	제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태위로 ~~~

최근 점검정보

클릭 장비점검등록

점검일	2019-04-01
점검자	오

점검완료

최근 사용정보

사용일지등록

사용일시	
사용자	

자동심장충격기(AED) 홈페이지 점검방법

04

자동심장충격기 점검일지 등록화면

AED 점검 기본정보

장비연번	29-0000024
점검일 *	
점검자 *	
비고	

AED 점검 항목

1. 본체 작동 상태 확인

- 전원 표시 상태등 점멸 --선택--
- 환자 부착용 패드 유무 --선택--
- 환자 부착용 패드 유효기간
- 건전지 충전 상태 --선택--
- 건전지 교체 예정일자

2. 본체 및 부속물 청결 및 손상상태

- 본체 및 부속물 청결 및 손상상태 --선택--

3. 보관함 상태

- 도난경보장치 작동 여부 --선택--
- 보관함 각종 안내문구상태 --선택--
- 비상연락망 표시 여부 --선택--
- 사용자 매뉴얼 및 심폐소생술 방법 안내책자 여부 --선택--

자동심장충격기(AED) 홈페이지 점검방법

04




☞ **관리자 변경 시: 관할 보건소에 통보하고, 자가점검에도 등록**



자동심장충격기(AED) 홈페이지 점검방법

04

8. 자동심장충격기(AED) 장비 설치위치 확인



검색된주소 : 제주특별자치도 서귀포시 표선면 중산간동로 5561, 토산보건진료소

좌표 lat : 33.3262339276

좌표 lon : 126.7670186378